



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24.49.33.000.M.000697.07.21 от 21.07.2021 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением) установкой дентальной рентгеновской "DENTAL X-Ray Unit", зав. № 1303067, в соответствии с приложением к настоящему заключению,

установленной в рентгеностоматологическом кабинете стоматологической клиники ООО "Атмосфера" по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 1, пом. 108 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Общество с ограниченной ответственностью "Атмосфера", 660018, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Новосибирская, д. 1, пом. 108 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ ~~(НЕ СООТВЕТСТВУЕТ)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.6.1.2523-09 Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009, СП 2.6.1.2612-10 Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности ОСПОРБ-99/2010, СанПиН 2.6.1.1192-03 Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими ~~(не соответствующими)~~ государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Заключение по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы от 02.07.2021 № 11305, выполненное ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае"

Заключение действительно до 21.07.2026 г.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Номер листа: 1

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Красноярскому краю

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 24.49.33.000.М.000697.07.21 ОТ 21.07.2021 г.

Условия работы с источником физических факторов воздействия на человека (ионизирующим излучением)
установкой дентальной рентгеновской "DENTAL X-Ray Unit", зав. № 1303067, по адресу: г. Красноярск, ул.
Новосибирская, д. 1, пом. 108

DENTAL X-Ray Unit - установка дентальная рентгеновская

Производитель: Бразилия

Тип излучения - генерирующий (рентгеновское)

Виды работ: рентгенография зубов

Максимальное напряжение на аноде 60 кВ

Максимальный анодный ток 7 мА

Ограничительные условия: рабочая нагрузка не должна превышать 40 (мА*мин.)/нед.

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)

